

最終更新日 3月31日

平成29年度 放流水分析結果

採取月日		pH/°C		BOD	COD	SS	大腸菌群数	T-P	T-N
月	日			mg/l	mg/l	mg/l	個/cm ³	mg/l	mg/l
基準値		5.0~9.0pH		10.0	20.0	5.0	200	1.0	10.0
4	26	6.7	/	15.0	0.5以下	1.1	1以下	0.05以下	1.1
5	10	7.0	/	20.0	0.5	1.1	1以下	0.05以下	1.3
6	6	7.1	/	20.0	0.5以下	0.5以下	1以下	0.05以下	1.0
7	4	7.0	/	20.0	0.5以下	0.6	1以下	0.05以下	1.1
8	1	7.4	/	20.0	0.5以下	1.3	1以下	0.05以下	2.2
9	5	7.4	/	20.0	0.5以下	0.5以下	1以下	0.05以下	1.5
10	3	7.0	/	20.0	0.5以下	0.7	1以下	0.05以下	1.7
11	7	7.2	/	20.0	0.6	1.3	1以下	0.05以下	1.1
12	5	7.3	/	20.0	0.5以下	0.5以下	1以下	0.05以下	1.2
1	9	7.0	/	20.0	0.5以下	2.1	1以下	0.05以下	2.0
2	6	7.0	/	19.0	0.5以下	1.7	1以下	0.05以下	1.6
3	6	7.2	/	19.0	0.5以下	0.8	1以下	0.05以下	1.6